

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Πληροφορίες: Σοφία Κατσέλη

Τηλέφωνο: 210 6503038

Fax: 210 6532122

E-mail: s.katseli@gel.demokritos.gr

Αγ. Παρασκευή:

13/09/2019

Αριθμ. Πρωτ.:

015/2019-2815

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος (ΕΚΕΦΕ "Δ") στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΠΑΝελλαδική υποδομή για τη μελέτη της ατμοσφαιρικής σύστασης και κλιματικής Αλλαγής ΠΑΝΑΚΕΙΑ», με κωδικό ΟΠΣ 5021516" Ε12274, ΣΑΕ1451 2018ΣΕ14510006, χρηματοδοτούμενο από την ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) σύμφωνα με την Απόφαση Ένταξης 5413/985/Α2 07 09 2018, κατηγορία Ε.Σ.Π.Α 2014-2020/Ενίσχυση Υποδομών και Καινοτομίας, πραγματοποιεί επαναληπτική έρευνα αγοράς για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια αντλίας σε συνέχεια της υπ' αριθμ. 015/2019-2648 (ΑΔΑ: ΩΘ67469ΗΕΒ-Φ6Α) Απόφασης του φορέα.

Η προ υπολογιζόμενη συνολική αξία της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των **1.100,00 Ευρώ** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Οι τεχνικές προδιαγραφές συνοψίζονται στον πίνακα του Παραρτήματος Α – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της παρούσης.

Σε περίπτωση που κάποιος ενδιαφερόμενος επιθυμεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη προμήθεια, παρακαλείται όπως υποβάλει τεχνικοοικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την **Τρίτη, 24/09/2019** και ώρα 15:00, στη διεύθυνση:

ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
Τμήμα Γραμματείας (Κεντρικό Πρωτόκολλο)
Πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄ & Νεαπόλεως 27, ΤΚ 15341
Αγία Παρασκευή Αττικής

Στον φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναφέρεται η ένδειξη:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την υπ' αριθμό 260/2019-2357 2^η επαναληπτική έρευνα αγοράς.

Η αξιολόγηση των εμπρόθεσμων υποβληθέντων προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 25/09/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 στο Γραφείο Προϊσταμένου Εργαστηρίου Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος.

Πληροφορίες δίνονται από το Γραφείο Προμηθειών – κα Σοφία Κατσέλη στο email:

s.katseli@gel.demokritos.gr .

**Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ**

ΜΑΡΙΝΑ ΦΟΝΤΑΡΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Προμήθεια μη αυτοτελών μερών εξοπλισμού/ανταλλακτικών συναφών με τον υπάρχων εξοπλισμό/πάγια που ήδη λειτουργεί και χρειάζεται αντικατάσταση στους σταθμούς και εργαστήρια που λειτουργεί το ΕΚΕΦΕ «Δ» και συμμετέχουν στην ΠΑΝΑΚΕΙΑ

A/A	Μονάδα	Ποσότητα	Περιγραφή CPV 42120000-6	Προϋπολογισμός (ευρώ, συμπ. ΦΠΑ)
4	τεμ.	1	<p>Αντλία κενού λαδιού, η οποία θα πρέπει να πληροί επί ποινή αποκλεισμού τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Να έχει παροχή μεγαλύτερη από 6,2 m³/h για ελεύθερη ροή με παροχή μονοφασικού εναλλασσόμενου ρεύματος. 2. Να έχει παροχή μεγαλύτερη των 0,8 Nm³/h (ροή ανηγμένη σε κανονικές συνθήκες, δηλαδή πίεση 1013 mbar, θερμοκρασία 0 °C) όταν η πίεση εισόδου στην αντλία είναι 160 mbar (απόλυτη πίεση) με παροχή μονοφασικού εναλλασσόμενου ρεύματος. 3. Μέγιστων διαστάσεων 370*190*210 mm. 4. Εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους. 	1.100,00