

**ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ**

Πληροφορίες: Σοφία Κατσέλη  
Τηλέφωνο: 210 6503038  
Fax: 210 6532122  
e-mail: [s.katseli@gel.demokritos.gr](mailto:s.katseli@gel.demokritos.gr)

Αγ. Παρασκευή: 10/09/2019  
Αριθμ. Πρωτ.: 015/2019-2782

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος (ΕΚΕΦΕ "Δ") στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο ««ΠΑΝελλαδική υποδομή για τη μελέτη της ατμοσφαιρικής σύστασης και κλιματικής Αλλαγής ΠΑΝΑΚΕΙΑ» με κωδικό ΟΠΣ 5021516» Ε\_12274 πραγματοποιεί έρευνα αγοράς για την επισκευή εξοπλισμού σύμφωνα με το συνημμένο Παράρτημα Α των τεχνικών προδιαγραφών.

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται σε δεκατρείς χιλιάδες ευρώ (13.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Σε περίπτωση που κάποιος ενδιαφερόμενος επιθυμεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον για την υλοποίηση της συγκεκριμένης υπηρεσίας, παρακαλείται να υποβάλει τεχνικοοικονομική προσφορά μέχρι την **2<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2019**, ημέρα **Τετάρτη** και **ώρα 15:00**. Οι προσφορές υποβάλλονται είτε ταχυδρομικώς σε σφραγισμένο φάκελο είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στις παρακάτω διευθύνσεις:

- ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

Τμήμα Γραμματείας (Κεντρικό Πρωτόκολλο)

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας/Γραφείο Προμηθειών

Πατριάρχου Γρηγορίου Ε' & Νεαπόλεως 27

Τ.Κ. 153 41

Αγία Παρασκευή Αττικής

- [s.katseli@gel.demokritos.gr](mailto:s.katseli@gel.demokritos.gr) (αρμόδια υπάλληλος, κα Σοφία Κατσέλη)

Στο φάκελο της προσφοράς, πρέπει να αναφέρεται η ένδειξη **ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την υπ' αριθμ. 260/2019-3121 έρευνα αγοράς.**

Προσφορές υποβάλλονται οποιαδήποτε ή για όλες τις υπηρεσίες του πίνακα των τεχνικών προδιαγραφών του Παραρτήματος Α.

Η αξιολόγηση των εμπρόθεσμων υποβληθέντων προσφορών θα πραγματοποιηθεί την **3<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2019**, ημέρα **Πέμπτη** και **ώρα 13:00** στις Διοικητικές Υπηρεσίες του φορέα.

Πληροφορίες δίνονται από το Γραφείο Προμήθειών – κα. Σοφία Κατσέλη στο e-mail: [s.katseli@gel.demokritos.gr](mailto:s.katseli@gel.demokritos.gr)

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΜΟΔΥ  
Ε.Λ.Κ.Ε.**

**ΜΑΡΙΝΑ ΦΟΝΤΑΡΑ**



**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α**  
**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

Αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές για την κατηγορία «Αναλώσιμα ανταλλακτικά εξαρτήματα και έξοδα επισκευών οργάνων» στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «ΠΑΝΑΚΕΙΑ-ΠΑΝελλαδική υποδομή για τη μελέτη της ατμοσφαιρικής σύστασης και κλιματικής Αλλαγής» με κωδικό ΟΠΣ 5021516.

A/A	Μονάδα	Ποσότητα	Περιγραφή	Προϋπολογισμός 10483,87 ευρώ (13.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)
		CPV 50530000-9	Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων	
1	τεμ.	1	Επισκευή και αναλώσιμα ανταλλακτικά εξαρτήματα για τον αναλυτή πεδίου Model-4 Semi-Continuous OC-EC Field Analyzer (Sunset Laboratory, Inc.). Συγκεκριμένα θα πρέπει να καλύπτονται επί ποινή αποκλεισμού οι ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 1. Ανταλλακτική μονάδα κύριου κλιβάνου του αναλυτή (συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων συνδετικών δακτυλίων από Teflon, παγίδα χαλκοσωλήνα, ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα με τα κατάλληλα εξαρτήματα προσαρμοσής της στον κλίβανο).	5024,84
2	τεμ.	1	Επισκευή και αναλώσιμα ανταλλακτικά εξαρτήματα για τον εργαστηριακό πεδίου Lab OC-EC Aerosol Analyzer (Sunset Laboratory, Inc.). Συγκεκριμένα θα πρέπει να καλύπτονται επί ποινή αποκλεισμού οι ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 1. Ανταλλακτικός κλίβανος χαλαζία, κατάλληλος για όργανα πεδίου με τις προδιαγραφές που ορίστηκαν από τον Ιανουάριο του 2008 2. Εμπρόσθιο και οπίσθιο θερμοστοιχείο για τον κλίβανο με τα κατάλληλα εξαρτήματα προσαρμογής	4482,16

			<p>3. Κουτάλι στήριξης δείγματος από χαλαζία, διαστάσεων 1.5cm x 1.0cm</p> <p>4. Θερμαντικά πηνία για τον μπροστικό και πίσω κλίβανο ((35 ohm, 230V)</p> <p>5. Παγίδα χαλκοσωλήνα</p> <p>6. Αντιδιαβρωτική ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα κατάλληλη για το όργανο με τα αντίστοιχα εξαρτήματα προσαρμογής.</p>	
3	Τεμ	1	Επισκευή και βαθμονόμηση αναλυτή GRIMM 107G με Serial Number 7G040018, με εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα έτος και μεταφορικά έξοδα προς και από το εργοστάσιο	3493